Hospitécnica
Pasión por la vida

# FICHA TÉCNICA

| IMAGEN: | | |
|---|---|---|
|  | ***PRODUCTO*** | **EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2** |
| | ***MARCA*** | UNIMED |
| | ***REFERENCIA*** | U708-01 |
| | ***REGISTRO SANITARIO*** | 2019DM-0004317-R1 |
| | ***RIESGO*** | IIA |

| | |
|---|---|
| ***USO - DESCRIPCIÓN*** | Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo |
| ***CARACTERÍSTICAS*** | Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros |
| ***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*** | |

| | |
|---|---|
| Conector | DB9/DB9 |
| Compatible con: | NPB-195, NPB-40, N-10, NPB-190, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-4000, NPB-75, NPB-20, NPB-180, NPB-185, NPB-3900, NPB-4000, NPB-295. Todos los sensores de tecnología Nellcor OxiSmart y 7 pines |
| Longitud del cable: | 2.2 M |
| Diámetro del cable | 4.0mm |
| Peso: | 0.54kg |
| Autoclavable: | No |
| Temp. Operación: | 5°C a 45°C |
| Humedad operación: | 0 a 80% No condensada |

| | |
|---|---|
| ***MATERIAL / COMPOSICIÓN*** | Filamentos de metal, TPU |
| ***ALMACENAMIENTO*** | Temperatura de almacenamiento: -25-55°C<br>Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada |
| ***PRESENTACIÓN*** | Unidad. |
| ***RECOMENDACIONES*** | **Mantenimiento:**<br>- El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.<br>- Permita que el cable se seque antes de su uso.<br>- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%<br>- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. |

| | |
|---|---|
| | **Precauciones:**<br>- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.<br>- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.<br>- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.<br>- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.<br>- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.<br>- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule. |